

Intézkedési terv

az önkormányzat által fenntartott fogorvosi rendelőben végzett ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés által feltárt hiányosságok kiküszöbölésére

Decs Nagyközség Önkormányzata				
Ellenőrzési jelentésben rögzített		Intézkedési tervben rögzített		
megállapítás rövid leírása	feladat sor-száma	elvégzendő feladat	feladat végrehajtásának határideje	feladat végrehajtásért felelős személy
A praxisban 1 fő szakdolgozó tevékenykedik, klinikai fogászati higiénikus (54) végzettséggel. Működési nyilvántartási kártyája 2019. 01. 29-én lejárt, jelenleg felügyelet mellett végzi munkáját.	1.	A működési kártya megújítás iránti kérelme 2020. június 19. napján az Állami Egészségügyi és Ellátó Központba benyújtásra került.	folyamatban	Antalné Szebenyi Beáta szakdolgozó
A rendelési idő eltér a nyilvántartási programunkban szereplő rendelési időtől.	2.	A Népegészségügyi Osztály és a NEAK felé jelezni fogjuk a rendelési idő változtatását. Jelenleg hatályban lévő rendelési idő hétfő, szerda, csütörtök: 8-13 óráig	2020.09.15.	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos Takácsné Gehring Mária jegyző
Sterilizáló berendezésen lévő matricán a felirat elmosódott, az időszakos műszaki felülvizsgálatról egyéb dokumentum nem áll rendelkezésre a helyszínen.	3.	Sterilizáló berendezés időszakos felülvizsgálatáról szóló dokumentum beszerzése MEDIHEAD Kft-től folyamatban van.	folyamatban	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
Röntgen készülék időszakos műszaki felülvizsgálata 2020.05.02-én lejárt.	4.	MEDIHEAD Kft. végzi a felülvizsgálatot, tájékoztatása szerint augusztus végén tudja elvégezni röntgen készülék felülvizsgálatát.	folyamatban	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
Röntgenfelvételeket az asszisztens készíti, bővített sugárvédelmi tanfolyamon 2014. évben vett részt, mely 2019.03.10-én lejárt, megújítása szükséges.	5.	Sugárvédelmi tanfolyamra történő jelentkezés folyamatban van, a tanfolyam előreláthatólag ősszel indul.	folyamatban	Antalné Szebenyi Beáta szakdolgozó
Az orvosi csaptelepnél a decsi gyógyszertárban készült alkoholos kézfertőtlenítőszer van kihelyezve, melynek nincs a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma, virucid (vírusölő) hatása nem ismert.	6.	Az alkoholos kézfertőtlenítőszer cserélésre került Clarasept higiénés kéztisztító és fertőtlenítőre.	végrehajtva	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos

A fogorvosi rendelőben keletkező veszélyes hulladékot az épületben működő helyettes felnőtt körzet hűtőszekrényében tárolják. A bemutatott veszélyes hulladék elszállítószámla alapján, a veszélyes hulladékot 2020.02.18-án szállították el utoljára.	7.	A fogorvosi rendelés a veszélyhelyzet miatt szünetelt, így veszélyes hulladék nem keletkezett. A rendelés újra indulásával a veszélyes hulladék havonta elszállításra fog kerülni.	folyamatos	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A fogorvos és asszisztensnő az ellenőrzés időpontjában nem tudta bemutatni az oltási kiskönyvét, így nem tudtak meggyőződni Hepatitis B oltottságukról.	8.	Az asszisztensnő az oltási kiskönyvének másolata az intézkedési tervvel együtt benyújtásra kerül. A fogorvos az oltási könyvét 2020. augusztus 19. napjáig bemutatja.	2020. 08.19.	Antalné Szebenyi Beáta szakdolgozó Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A felület fertőtlenítőszernek a Népegészségügyi Központ által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása nem ismert Medisept Velox Spray, Asepssol).	9.	A felület fertőtlenítőszer beszerzésre került (mikroizid AF liquid)	végrehajtva	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A hőlégmenterizátoron az időszakos műszaki felülvizsgálatot jelző matricán az érvényességi idő elmosódott, erről szóló egyéb dokumentáció nincs a helyszínen.	10.	Időszakos műszaki felülvizsgálatról szóló dokumentum beszerzése MEDIHEAD Kft-től folyamatban van.	folyamatban	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A hőlégmenterizáláshoz nem minden fogászati eszközt csomagolnak. A hőlégmenterizátorban a csomagolatlanul tárolnak fogászati eszközöket.	11.	Fogászati eszközök csomagolásra kerültek, elkülönített tárolása megtörtént, dátummal, aláírással ellátva.	végrehajtva	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja, érvényességei ideje és a sterilizálást végző kézjegye nincs feltüntetve.	12.	A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja, érvényességei ideje és a sterilizálást végző kézjegye feltüntetésre került.	végrehajtva	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A hőlégmenterizálást 180 °C-on 45 percig végzik, a 25 perc helyett. Valószínűleg a steril eszközök csomagoló anyaga ezért sárgul be.	13.	A hőlégmenterizálást a jövőben 180 °C-on 25 percig történik.	folyamatos	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
A steril eszközöket zárt fiókban tárolják a már lefertőtlenített eszközökkel együtt.	14.	A steril eszközöket tárolása elkülönítve, zárt fiókban történik.	folyamatos	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos
Ellenőrzés időpontjában a steril eszközök és a lefertőtlenített eszközök között néhány fogászati eszköz rozsdás volt.	15.	A rozsdás eszközök selejtezésre kerültek.	végrehajtva	Dr. Szabolcsi Ahác Annamária fogorvos

Decs, 2020. augusztus 11.

Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző